comper

产品名称：红外额温计
型号：IR-FT
出厂编号：05181113004
测量范围：32.0℃~43.0℃
允许误差：在35.0℃~42.0℃内，±0.2℃；在35.0℃~42.0℃外，±0.3℃
使用期限：3年
生产日期：2018.11.13
工作电压：D.C.3V（2节AAA电池）
医疗器械注册证编号：
医疗器械生产许可证编号：
食食药监械生产许20160020号
生产企业：
鹏阳欣然（北京）科技有限公司
其他内容请见说明书

comper