

**Fully compiled label**  
(Editable text; reference only)

**deki™ v200**

**SN EH20001**  
(01)10882906000004  
(11)170504  
(21)EH20001

2017-05-04

**RAPID DIAGNOSTIC TEST READER**  
Suitable for Near-Patient Use

**LECTEUR DE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE**  
Peut être utilisé à proximité du patient

**IVD**

**Intertek**  
XXXXXX  
Conforms to / En conformité avec la norme UL Std. 61010-1. Certified to / Certifié CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1.

**5.0V --- 2.0A**

**FCC**  
FCC 2ANVA-V200  
IC 22342-V200

**Fio Corporation**  
Suite 500 — 111 Queen Street E.  
Toronto, ON M5C 1S2 CANADA  
Assembled in USA  
Assemblé aux États-Unis

**V200 Primary Label with FCC and IC Identification**