

Appendix A Test Equipment CERTIFIED DOCUMENTS

열람용
This certificate may not be reproduced other than in full except with permission of the issuing laboratory.

교정성적서
CALIBRATION CERTIFICATE



경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
TEL : 031-645-6900, FAX : 031-645-6969

성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019242
교정번호(Calibration No) : C-2022-022980

페이지(page) : 1 of 3

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 측정기 (Calibration Subject)

◇ 등록번호 : 415233
- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR19
- 기기번호 (Serial Number) : SAX 771

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2022.03.16

차기교정예정일자 : 2023.03.16
(The due date of next Calibration)

4. 교정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (22.8 ± 0.1) °C - 습도(Humidity) : (48 ± 1) % R.H.
- 교정장소 (Location) : 고정표준실(Permanent Calibration Lab)
(주소: 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability) ◇Field code : 40641(RF SPECTRUM ANALYZER)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 고주파 스펙트럼 분석기의 교정절차(HCT-CS-125-40641)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정 되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
EXG ANALOG SIGNAL GENERATOR	KEYSIGHT/N5173B	MY61252589	2022/10/15	(주)에이치시티
EPM-P SERIES POWER METER	AGILENT/E4417A	GB41291582	2022/06/04	(주)에이치시티
POWER SENSOR	AGILENT/8487A	MY41092450	2023/02/03	Keysight Technologies Inc
POWER SENSOR	KEYSIGHT/V8486A	MY56330017	2022/12/07	Keysight Technologies
WR-19 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S19MS-A	160516-1	2022/09/07	(주)에이치시티

6. 교정결과 (Calibration result) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

신뢰수준 약 95 %, k = 2 (Confidence level about 95 %, k = 2)

확 인 (affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)
	성명 (Name) 고형재 (서명)	직위 (Title) 기술책임자(Technical Cal. Manager) 김광철 (서명) 성명 (Name) 김광철

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야의 교정결과입니다.

2022. 03. 16

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주)에이치시티 대표이사
President, HCT Co., Ltd.



☞ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

※ 고객전용사이트(http://www.callab.co.kr)에서 성적서의 진위여부 확인이 가능합니다.

※ 성적서의 원본은 상단에 HCT홀로그램이 들어간 위변조 방지 용지에 인쇄되어 발급되며, 원본 복사시에는 복사본이라는 표시가 처리됩니다.

F-02P-02-008 (Rev.02)

교정결과

CALIBRATION RESULT




성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019242

교정번호(Calibration No) : C-2022-022980

페이지(page) : 2 of 3

1. Conversion Loss Graph



Note) 측정 조건 : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 8, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA

교 정 결 과

CALIBRATION RESULT



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019242

교 정 번 호(Calibration No) : C-2022-022980

페이지(page) : 3 of 3


2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
40.0	13.58	0.82	50.4	12.33	0.82
40.4	13.03	0.82	50.8	13.30	0.82
40.8	14.14	0.82	51.2	13.92	0.82
41.2	14.00	0.82	51.6	13.52	0.82
41.6	14.29	0.82	52.0	14.28	0.82
42.0	13.68	0.82	52.4	13.10	0.82
42.4	12.57	0.82	52.8	12.71	0.82
42.8	12.73	0.82	53.2	11.92	0.82
43.2	13.27	0.82	53.6	11.59	0.82
43.6	13.54	0.82	54.0	11.93	0.82
44.0	13.48	0.82	54.4	11.07	0.82
44.4	12.98	0.82	54.8	11.40	0.82
44.8	13.02	0.82	55.2	11.52	0.82
45.2	13.06	0.82	55.6	11.42	0.82
45.6	12.59	0.82	56.0	11.68	0.82
46.0	12.55	0.82	56.4	11.85	0.82
46.4	12.48	0.82	56.8	11.56	0.82
46.8	12.42	0.82	57.2	11.90	0.82
47.2	12.01	0.82	57.6	12.03	0.82
47.6	12.10	0.82	58.0	12.08	0.82
48.0	12.14	0.82	58.4	11.92	0.82
48.4	12.32	0.82	58.8	12.35	0.82
48.8	12.84	0.82	59.2	12.64	0.82
49.2	12.80	0.82	59.6	12.31	0.82
49.6	13.14	0.82	60.0	11.70	0.82
50.0	12.39	0.82	-	-	-

끝.

열람용
This certificate may not be reproduced other than in full except with permission of the issuing laboratory.

교정성적서
CALIBRATION CERTIFICATE



경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
TEL : 031-645-6900, FAX : 031-645-6969

성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019241
교정번호(Calibration No) : C-2022-022979

페이지(page) : 1 of 4

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 측정기 (Calibration Subject)

◇ 등록번호 : 415873
- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR12
- 기기번호 (Serial Number) : SAX773

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2022.03.17

차기교정예정일자 : 2023.03.17
(The due date of next Calibration)

4. 교정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (22.7 ± 0.1) °C - 습도(Humidity) : (48 ± 1) % R.H.
- 교정장소 (Location) : 고정표준실(Permanent Calibration Lab)
(주소: 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability) ◇Field code : 40641(RF SPECTRUM ANALYZER)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 고주파 스펙트럼 분석기의 교정절차(HCT-CS-125-40641)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정 되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
EXG ANALOG SIGNAL GENERATOR	KEYSIGHT/N5173B	MY61252589	2022/10/15	(주)에이치시티
EPM-P SERIES POWER METER	AGILENT/E4417A	GB41291582	2022/06/04	(주)에이치시티
POWER SENSOR	KEYSIGHT/V8486A	MY56330017	2022/12/07	Keysight Technologies
POWER SENSOR	KEYSIGHT/W8486A	MY56370005	2022/12/08	Keysight Technologies
WR-12 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S12MS-A	160419-1	2022/09/07	(주)에이치시티

6. 교정결과 (Calibration result) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

신뢰수준 약 95 %, k = 2 (Confidence level about 95 %, k = 2)

확 인 (affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)
	성명 (Name) 고형재 (서명)	직위 (Title) 기술책임자(Technical Cal. Manager) 김광철 (서명) 성명 (Name) 김광철

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야의 교정결과입니다.

2022. 03. 17

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주)에이치시티 대표이사
President, HCT Co., Ltd.



☞ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

※ 고객전용사이트(http://www.callab.co.kr)에서 성적서의 진위여부 확인이 가능합니다.

※ 성적서의 원본은 상단에 HCT홀로그램이 들어간 위변조 방지 용지에 인쇄되어 발급되며, 원본 복사시에는 복사본이라는 표시가 처리됩니다.

F-02P-02-008 (Rev.02)

교정결과


CALIBRATION RESULT



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019241
교정번호(Calibration No) : C-2022-022979

페이지(page) : 2 of 4

1. Conversion Loss Graph



[Note]

1. Measurement Condition : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 12, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA
2. This is the result of measuring the requested equipment and Keysight N9030B (S/N : MY55480110) together.

교정결과

CALIBRATION RESULT



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019241

교정번호(Calibration No) : C-2022-022979

페이지(page) : 3 of 4

2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
60.0	12.01	0.82	71.1	13.45	0.82
60.3	12.08	0.82	71.4	13.59	0.82
60.6	11.53	0.82	71.7	13.06	0.82
60.9	10.83	0.82	72.0	12.96	0.82
61.2	10.83	0.82	72.3	12.96	0.82
61.5	10.59	0.82	72.6	12.82	0.82
61.8	11.15	0.82	72.9	12.57	0.82
62.1	11.22	0.82	73.2	12.85	0.82
62.4	11.30	0.82	73.5	13.23	0.82
62.7	11.53	0.82	73.8	13.28	0.82
63.0	12.26	0.82	74.1	13.51	0.82
63.3	12.33	0.82	74.4	13.28	0.82
63.6	12.75	0.82	74.7	12.82	0.82
63.9	12.79	0.82	75.0	12.41	0.82
64.2	12.24	0.82	75.3	12.41	0.82
64.5	13.15	0.82	75.6	11.93	0.82
64.8	13.84	0.82	75.9	12.46	0.82
65.1	12.60	0.82	76.2	12.72	0.82
65.4	12.41	0.82	76.5	12.47	0.82
65.7	11.71	0.82	76.8	12.53	0.82
66.0	11.27	0.82	77.1	11.54	0.82
66.3	11.81	0.82	77.4	11.86	0.82
66.6	11.92	0.82	77.7	11.95	0.82
66.9	12.24	0.82	78.0	13.38	0.82
67.2	12.14	0.82	78.3	16.05	0.82
67.5	11.81	0.82	78.6	17.08	0.82
67.8	11.57	0.82	78.9	14.96	0.82
68.1	12.01	0.82	79.2	12.93	0.82
68.4	12.55	0.82	79.5	12.38	0.82
68.7	12.96	0.82	79.8	13.01	0.82
69.0	14.04	0.82	80.1	10.43	0.82
69.3	13.84	0.82	80.4	10.21	0.82
69.6	12.63	0.82	80.7	10.10	0.82
69.9	11.52	0.82	81.0	9.81	0.82
70.2	11.02	0.82	81.3	9.68	0.82
70.5	10.79	0.82	81.6	9.60	0.82
70.8	10.47	0.82	81.9	9.48	0.82

F-02P-02-008 (Rev.02)

교정결과

CALIBRATION RESULT



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019241

교정번호(Calibration No) : C-2022-022979

페이지(page) : 4 of 4

2. Conversion Loss Data (cont.)

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
82.2	10.90	0.82	86.4	9.49	0.82
82.5	11.45	0.82	86.7	9.56	0.82
82.8	11.86	0.82	87.0	9.73	0.82
83.1	12.50	0.82	87.3	9.31	0.82
83.4	13.45	0.82	87.6	9.50	0.82
83.7	13.58	0.82	87.9	9.77	0.82
84.0	13.18	0.82	88.2	9.56	0.82
84.3	12.58	0.82	88.5	9.72	0.82
84.6	12.13	0.82	88.8	9.97	0.82
84.9	11.63	0.82	89.1	10.03	0.82
85.2	12.10	0.82	89.4	10.53	0.82
85.5	12.82	0.82	89.7	10.65	0.82
85.8	12.16	0.82	90.0	10.39	0.82
86.1	11.03	0.82	-	-	-

END.

열람용
This certificate may not be reproduced other than in full except with permission of the issuing laboratory.

교정성적서
CALIBRATION CERTIFICATE



경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74
TEL : 031-645-6900, FAX : 031-645-6969

성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019244
교정번호(Calibration No) : C-2022-022982

페이지(page) : 1 of 3

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 측정기 (Calibration Subject)

◇ 등록번호 : 415877
- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR8.0
- 기기번호 (Serial Number) : SAX779

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2022.03.17

차기교정예정일자 : 2023.03.17
(The due date of next Calibration)

4. 교정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (22.9 ± 0.1) °C - 습도(Humidity) : (47 ± 2) % R.H.
- 교정장소 (Location) : 고정표준실(Permanent Calibration Lab)
(주소: 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability) ◇Field code : 40641(RF SPECTRUM ANALYZER)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 고주파 스펙트럼 분석기의 교정절차(HCT-CS-125-40641)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비를 이용하여 교정 되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
EXG ANALOG SIGNAL GENERATOR	KEYSIGHT/N5173B	MY61252589	2022/10/15	(주)에이치시티
EPM-P SERIES POWER METER	AGILENT/E4417A	GB41291582	2022/06/04	(주)에이치시티
POWER SENSOR	KEYSIGHT/W8486A	MY56370005	2022/12/08	Keysight Technologies
WR-08 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S08MS-A	160419-1	2022/09/07	(주)에이치시티

6. 교정결과 (Calibration result) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조 (Refer to attachment)

신뢰수준 약 95 %, k = 2 (Confidence level about 95 %, k = 2)

확 인 (affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)
	성명 (Name) 고형재 (서명)	직위 (Title) 기술책임자(Technical Cal. Manager) 김광철 (서명) 성명 (Name) 김광철

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야의 교정결과입니다.

2022. 03. 17

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주)에이치시티 대표이사
President, HCT Co., Ltd.



※ 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

※ 고객전용사이트(http://www.callab.co.kr)에서 성적서의 진위여부 확인이 가능합니다.

※ 성적서의 원본은 상단에 HCT홀로그램이 들어간 위변조 방지 용지에 인쇄되어 발급되며, 원본 복사시에는 복사본이라는 표시가 처리됩니다.

F-02P-02-008 (Rev.02)

교정결과

CALIBRATION RESULT




성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019244

교정번호(Calibration No) : C-2022-022982

페이지(page) : 2 of 3

1. Conversion Loss Graph



[Note]

1. Measurement Condition : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 12, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA
2. This is the result of measuring the requested equipment and Keysight N9030B (S/N : MY55480110) together.

교정결과

CALIBRATION RESULT



성적서발급번호(Certificate No) : IC-2022-019244

교정번호(Calibration No) : C-2022-022982

페이지(page) : 3 of 3

2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
90.0	10.67	0.82	101.0	12.00	0.82
91.0	11.01	0.82	102.0	11.43	0.82
92.0	9.66	0.82	103.0	11.20	0.82
93.0	10.67	0.82	104.0	11.27	0.82
94.0	10.87	0.82	105.0	11.16	0.82
95.0	11.29	0.82	106.0	10.86	0.82
96.0	11.67	0.82	107.0	11.82	0.82
97.0	12.32	0.82	108.0	11.31	0.82
98.0	10.98	0.82	109.0	10.56	0.82
99.0	11.22	0.82	110.0	14.16	0.82
100.0	10.89	0.82	-	-	-

END.

열 램 용

This certificate may not be reproduced other than in full except with permission of the issuing laboratory.

Measurement Report

74, Seoicheon-ro 578beon-gil, Majang-myeon,
Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea 17383
Tel :82-31-645-6900, www.hct.co.kr

보고서번호(Report No) : IC-2022-019243
측정번호(Measurement No) : C-2022-022981

페이지(page) : 1 of 3

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 대상품목 (Measurement Item)

◇ HCT 등록번호 : 416612
- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR8.0
- 기기번호 (Serial Number) : SAX779

3. 측정일자 (Measurement date) : 2022.03.17

4. 측정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (23.0 ± 0.3) °C - 습도(Humidity) : (45 ± 2) % R.H.

5. 측정방법 (Measurement method used)

상기 기기는 고주파 스펙트럼 분석기의 교정절차(HCT-CS-125-40641)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 아래의 표준장비와 자체 점검된 장비를 사용하여 측정 되었음.

측정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
EXG ANALOG SIGNAL GENERATOR	KEYSIGHT/N5173B	MY61252589	2022/10/15	(주)에이치시티
ERICKSON POWER METER	VDI/PM5	394V	측정	(주)에이치시티
WR-08 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S08MS-A	160419-1	측정	(주)에이치시티

6. 측정결과 (Measurement result)

: 측정결과 참조 (Refer to attachment)

(주) 이 측정결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
The measurement results shown in this report refer only to the sample(s) measured unless otherwise stated.

확 인 (Affirmation)	작성자 (Tested by)		승인자 (Approved by)	
	성명 (Name) : 고흥재		직위 (Title) : 기술책임자(Technical Manager) 성명 (Name) : 김광철	

이 성적서는 ILAC MRA 서명 기관인 KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme)와 A2LA (American Laboratory for Laboratory Accreditation)의 인정과 무관합니다. This calibration certificate is Not an accredited report by KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme) and A2LA(American Association for Laboratory Accreditation), a ILAC MRA signatory.

2022. 03. 17



(주)에이치시티 대표이사
President, HCT Co., Ltd.



(주) 측정결과는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다. If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration, and is likely to affect the validity of the calibration.

F-02P-02-010 (Rev.01)


MEASUREMENT RESULT

보고서번호(Report No) : IC-2022-019243

페이지(page) : 2 of 3

측정번호(Measurement No) : C-2022-022981

1. Conversion Loss Graph



[Note]

1. Measurement Condition : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 12, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA
2. This is the result of measuring the requested equipment and Keysight N9030B (S/N : MY55480110) together.
3. 110 GHz 초과 대역의 전력은 국제적인 표준 소급이 없으므로 HCT에서 자체 점검된 기준기를 사용하여 측정되었음.
4. 상기 결과는 고객의 요청에 의해서 측정되었음.

F-02P-02-010 (Rev.01)

MEASUREMENT RESULT

보고서번호(Report No) : IC-2022-019243

페이지(page) : 3 of 3

측 정 번 호(Measurement No) : C-2022-022981

2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
110.0	11.01	0.82	126.0	12.01	0.82
111.0	10.86	0.82	127.0	11.13	0.82
112.0	9.98	0.82	128.0	10.84	0.82
113.0	11.44	0.82	129.0	11.51	0.82
114.0	10.46	0.82	130.0	11.70	0.82
115.0	10.04	0.82	131.0	12.41	0.82
116.0	9.64	0.82	132.0	10.80	0.82
117.0	9.63	0.82	133.0	11.88	0.82
118.0	9.85	0.82	134.0	11.27	0.82
119.0	11.42	0.82	135.0	14.26	0.82
120.0	11.68	0.82	136.0	12.25	0.82
121.0	11.64	0.82	137.0	13.26	0.82
122.0	11.81	0.82	138.0	12.17	0.82
123.0	12.10	0.82	139.0	12.98	0.82
124.0	11.73	0.82	140.0	13.87	0.82
125.0	11.55	0.82	-	-	-

END.



Measurement Report

74, Seoicheon-ro 578beon-gil, Majang-myeon,
Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea 17383
Tel :82-31-645-6900, www.hct.co.kr

보고서번호(Report No) : IC-2022-019240
측정번호(Measurement No) : C-2022-022978

페이지(page) : 1 of 4

1. 의뢰자 (Client)

- 기관명 (Name) : (주)에이치시티
- 주소 (Address) : 경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

2. 대상품목 (Measurement Item)

- ◇ HCT 등록번호 : 415876
- 기기명 (Description) : SA EXTENSION MODULE
- 제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : VDI / SAX WR5.1
- 기기번호 (Serial Number) : SAX774

3. 측정일자 (Measurement date) : 2022.03.17

4. 측정환경 (Environment)

- 온도(Temperature) : (23.3 ± 0.2) °C
- 습도(Humidity) : (48 ± 2) % R.H.

5. 측정방법 (Measurement method used)

상기 기기는 고주파 스펙트럼 분석기의 교정절차(HCT-CS-125-40641)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래의 표준장비와 자체 점검된 장비를 사용하여 측정 되었음.

측정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 (Description)	제작회사 / 형식 (Manufacturer and Model Name)	기기번호 (Serial Number)	차기교정예정일자 (The due date of next Calibration)	교정기관 (Calibration laboratory)
EXG ANALOG SIGNAL GENERATOR	KEYSIGHT/N5173B	MY61252589	2022/10/15	(주)에이치시티
ERICKSON POWER METER	VDI/PM5	394V	측정	(주)에이치시티
WR-05 MULTIPLIER SOURCE MODULE	OML/S05MS-A	160419-1	측정	(주)에이치시티

6. 측정결과 (Measurement result)

: 측정결과 참조 (Refer to attachment)

(주) 이 측정결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
The measurement results shown in this report refer only to the sample(s) measured unless otherwise stated.

확 인 (Affirmation)	작성자 (Tested by)		승인자 (Approved by)	
	성명 (Name) : 고희재		직위 (Title) : 기술책임자(Technical Manager) 성명 (Name) : 김광철	

이 성적서는 ILAC MRA 서명 기관인 KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme)와 A2LA (American Laboratory for Laboratory Accreditation)의 인정과 무관합니다. This calibration certificate is Not an accredited report by KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme) and A2LA(American Association for Laboratory Accreditation), a ILAC MRA signatory.

2022. 03. 17



(주)에이치시티 대표이사
President, HCT Co., Ltd.



(주) 측정결과는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다. If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration, and is likely to affect the validity of the calibration.

F-02P-02-010 (Rev.01)


MEASUREMENT RESULT

보고서번호(Report No) : IC-2022-019240

페이지(page) : 2 of 4

측정번호(Measurement No) : C-2022-022978

1. Conversion Loss Graph



[Note]

1. Measurement Condition : RF = -30 dBm, Harmonic Order = 24, L.O. Level = 10 dBm, IF = 322.5 MHz, Bias Value = 0.00 mA
2. This is the result of measuring the requested equipment and Keysight N9030B (S/N : MY55480110) together.
3. 110 GHz 초과 대역의 전력은 국제적인 표준 소급이 없으므로 HCT에서 자체 점검된 기준기를 사용하여 측정되었음.
4. 상기 결과는 고객의 요청에 의해서 측정되었음.

F-02P-02-010 (Rev.01)

MEASUREMENT RESULT

보고서번호(Report No) : IC-2022-019240

페이지(page) : 3 of 4

측정번호(Measurement No) : C-2022-022978

2. Conversion Loss Data

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
140.0	14.15	0.89	169.6	13.51	0.89
140.8	13.89	0.89	170.4	12.67	0.89
141.6	11.75	0.89	171.2	14.40	0.89
142.4	12.22	0.89	172.0	12.47	0.89
143.2	11.13	0.89	172.8	12.00	0.89
144.0	11.21	0.89	173.6	12.89	0.89
144.8	11.11	0.89	174.4	12.13	0.89
145.6	10.27	0.89	175.2	11.48	0.89
146.4	10.06	0.89	176.0	10.14	0.89
147.2	11.44	0.89	176.8	10.85	0.89
148.0	10.69	0.89	177.6	10.12	0.89
148.8	11.57	0.89	178.4	10.62	0.89
149.6	12.18	0.89	179.2	10.75	0.89
150.4	13.69	0.89	180.0	10.23	0.89
151.2	13.06	0.89	180.8	10.38	0.89
152.0	12.82	0.89	181.6	11.36	0.89
152.8	11.32	0.89	182.4	10.30	0.89
153.6	11.31	0.89	183.2	10.84	0.89
154.4	10.71	0.89	184.0	11.87	0.89
155.2	10.21	0.89	184.8	11.83	0.89
156.0	10.15	0.89	185.6	11.43	0.89
156.8	10.33	0.89	186.4	11.53	0.89
157.6	10.38	0.89	187.2	11.02	0.89
158.4	10.96	0.89	188.0	12.12	0.89
159.2	10.23	0.89	188.8	13.14	0.89
160.0	10.93	0.89	189.6	11.37	0.89
160.8	10.89	0.89	190.4	12.83	0.89
161.6	12.42	0.89	191.2	11.61	0.89
162.4	11.20	0.89	192.0	11.45	0.89
163.2	11.67	0.89	192.8	11.30	0.89
164.0	10.64	0.89	193.6	12.15	0.89
164.8	10.46	0.89	194.4	14.12	0.89
165.6	11.06	0.89	195.2	11.16	0.89
166.4	10.92	0.89	196.0	10.60	0.89
167.2	13.85	0.89	196.8	11.42	0.89
168.0	12.97	0.89	197.6	11.52	0.89
168.8	12.73	0.89	198.4	12.57	0.89

F-02P-02-010 (Rev.01)

MEASUREMENT RESULT

보고서번호(Report No) : IC-2022-019240

페이지(page) : 4 of 4

측 정 번 호(Measurement No) : C-2022-022978

2. Conversion Loss Data (cont.)

Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)	Frequency (GHz)	Conversion Loss (dB)	Measurement Uncertainty (dB)
199.2	14.35	0.89	210.4	10.63	0.89
200.0	12.69	0.89	211.2	10.00	0.89
200.8	13.88	0.89	212.0	11.50	0.89
201.6	12.17	0.89	212.8	10.28	0.89
202.4	10.65	0.89	213.6	9.73	0.89
203.2	10.73	0.89	214.4	10.77	0.89
204.0	9.69	0.89	215.2	10.31	0.89
204.8	10.08	0.89	216.0	10.30	0.89
205.6	10.63	0.89	216.8	10.90	0.89
206.4	9.62	0.89	217.6	10.46	0.89
207.2	9.89	0.89	218.4	11.30	0.89
208.0	10.87	0.89	219.2	11.56	0.89
208.8	10.89	0.89	220.0	11.82	0.89
209.6	11.05	0.89	-	-	-

END.