Conversion Factor Assessment





Muscle **850 - 1000 MHz** e_r **= 52.3 - 57.8** s **= 0.92 - 1.10 mho/m**

ConvF X	**5.85**	± 9.5% (k=2)	Boundary effect:	
ConvF Y	**5.85**	± 9.5% (k=2)	Alpha	**0.58**
ConvF Z	**5.85**	± 9.5% (k=2)	Depth	**2.01**

Muscle **1700 - 1910 MHz** e_r **= 50.6 - 56.0** s **= 1.44 - 1.60 mho/m**

ConvF X	**4.52**	± 9.5% (k=2)	Boundary effect:	
ConvF Y	**4.52**	± 9.5% (k=2)	Alpha	**0.70**
ConvF Z	**4.52**	± 9.5% (k=2)	Depth	**2.17**