

DRAFT

Typenschildbeschriftung:

Manufacturer: **AGFA HEALTHCARE N.V.**
 Septestraat 27 - 2640 - Mortsel - BELGIUM

Type 5367/100 **SN** xxxxx  JJJJ-MM
 100-120/220-240V 4/2 A 50-60Hz



MEDICAL ELECTRICAL
 EQUIPMENT
 WITH RESPECT TO
 ELECTRIC SHOCK, FIRE,
 AND MECHANICAL
 HAZARDS ONLY IN
 ACCORDANCE WITH
 UL60601-1 /
 CAN/CSA C22.2 NO.601.1
 9F03



FCC ID: HPL5367



Made in Germany

Hinweis: Bei Bestellung die aktuelle SN angeben.

Dieses Typenschild wurde entsprechend der Recycling Guidelines Ecodesign „RG_OE_006“ erstellt.



					Masstab	Gefertigt aus:			
					2 : 1	TTR-Klebeschild F7.0374.0065.0			
					2007	Datum	Name	Benennung:	Typ.
					Erstellt	04.07.	Van Eynde	Typenschild Drystar AXIS	5366/ 100
					Prüfer	04.07.	M.Schneider		
					 AGFA HealthCare N.V.			Sach-NR:	
								A358014.1 F1011425.1	
1	-	ECN 1007367	04.07.07	agmls					
Änd.- Zst.	Kommt vor	Mitteilung NR.	Datum	Name				Ersatz für:	Blatt von Blatt 1/1